

## Opvolging cardiale zorgtraject

Per thema zijn er criteria vastgelegd (rode en oranje knipperlichten) op basis waarvan al dan niet besloten wordt tot een tweede onaangekondigde inspectie (check 2).

- Rode knipperlichten zijn ernstige knelpunten op vlak van patiëntveiligheid of kwaliteit van zorg, die onmiddellijk aanleiding geven tot check 2.
- Oranje knipperlichten zijn elementen die, samen met één of meerdere andere vaststellingen, eveneens een ernstig risico inhouden voor de veiligheid van de patiënt of voor kwaliteit van zorg. Ook oranje knipperlichten kunnen aanleiding geven tot check 2, indien minstens 2 oranje knipperlichten worden vastgesteld.

### Knipperlichten thema personeel

<b>Rood knipperlicht</b>	<b>Afkapwaarde</b>
Verpleegkundige permanentie cathlab	1 van de gecontroleerde aspecten is niet in orde
Medische permanentie cardiologische zorgprogramma's	1 van de gecontroleerde aspecten is niet in orde
Beademde patiënt op D-afdeling zonder bestaffing voorzien zoals voor een eenheid intensieve zorgen	1 beademde patiënt op (een subunit van) een D-afdeling zonder dat hierbij een bestaffing is voorzien zoals voor een eenheid intensieve zorgen

### Knipperlichten thema veilige zorg

<b>Rood knipperlicht</b>	<b>Afkapwaarde</b>
Verantwoordelijke aangeduid voor telemetrie	Er is geen verantwoordelijke aangeduid voor telemetrie of de verantwoordelijke kan niet onmiddellijk tussenkomen bij alarm
Onderhoud beademingstoestellen (mobiel en niet mobiel) op het cathlab	1 beademingstoestel niet tijdig onderhouden
Oproepsysteem voor reanimatie in cathlab, op D-afdeling en op C-afdeling	1 van de gecontroleerde oproepsystemen voor reanimatie is niet aanwezig

<b>Oranje knipperlicht</b>	<b>Afkapwaarde</b>
Aanwezigheid (mobiele) beademing en mobiele monitoring voor transport van en naar cathlab	(Mobiele) beademing en/of mobiele monitoring is niet aanwezig op het cathlab
Aanwezigheid telemetrie bij zorgprogramma A	Telemetrie is niet beschikbaar
Aanwezigheid externe pacemaker bij ZP P	Geen externe pacemaker beschikbaar

### Knipperlichten thema communicatie

<b>Oranje knipperlicht</b>	<b>Afkapwaarde</b>
Transferdocument van cathlab naar afdeling of van operatiezaal/IZ na hartoperatie naar afdeling	In meer dan 1 patiëntendossier ontbreekt het transferdocument van het cathlab of van de operatiezaal/IZ
Toegankelijkheid dossier op afdeling	Meer dan 1 patiëntendossier (medisch en verpleegkundig luik) is niet aanwezig of niet toegankelijk

### Knipperlicht thema gestandaardiseerde zorg

<b>Oranje knipperlicht</b>	<b>Afkapwaarde</b>
Staande orders en pijnmetingen in dossiers	Het ontbreken van pijnmetingen in meer dan 10% van de gecontroleerde dagen in de dossiers waarbij de gecontroleerde staande orders toegepast kunnen worden

Het agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de opvolging van alle inspectievaststellingen, waarbij een aantal verbeterpunten bijzondere aandacht krijgen.

<b>Op te volgen door Z&amp;G</b>	<b>Afkapwaarde</b>
Doorgedreven opleiding reanimatie verpleegkundigen op cathlab	1 verpleegkundige op cathlab heeft geen doorgedreven opleiding reanimatie
Opleiding BLS technici en laboranten cathlab	Op cathlab heeft 1 technicus of 1 laborant geen opleiding BLS
Preventieve controle materiaal <ul style="list-style-type: none"><li>• Defibrillatoren</li><li>• ECG-toestellen</li><li>• Monitoren</li><li>• Bedside monitoring/ telemetrie</li><li>• Externe pacemaker</li></ul>	1 onderzocht aspect is niet in orde inzake preventieve controle van de 5 type toestellen